# Guante de Nitrilo Azul 3.5g

Código Producto: SL-NG1001 · Material: Nitrilo · Color: Azul · Tamaños: 7 (Small), 8 (Medium) y 9 (Large) · Presentación: 100 unidades por caja, 10 cajas por cartón (1000 unidades por cartón)



## Desechable

## Indicaciones

Guante de Nitrilo para examinación y uso médico, desechable.

Diseñado para protección contra riesgos de microorganismos.

## Instrucciones de Uso

- Verificar la integridad del producto antes de su utilización.
- Usar con manos secas y limpias.
- Quitar los guantes evitando tocar la parte exterior.
- No reutilizar. Quitar los guantes evitando tocar la parte exterior.
- Después de su uso, lavar e hidratar las manos adecuadamente.

## Almacenaje

Mantener en el envase original, almacenado a temperatura y humedad ambiental, en lugar limpio y ventilado alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.

## Vigencia

Tres años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.

## Uso

Antes de colocarse el guante, inspeccione que éste no tenga roturas o daños. De ser así, descártelo y saque otro guante de la caja.

Producto sujeto a deterioro por tiempo de envejecimiento. Usar antes de los 3 años de fecha de fabricación.

Producto descartable. Después de su uso, sáquelo de las manos sin tocar su exterior y disponga de ellos según las indicaciones locales. No se lavan ni reúsan.

## Propiedades

- Látex: NO
- Polvo: NO
- Estéril: NO

## Certificación

- CE
- FDA
- ISO 9001
- ISO 13485
- MSDS
- CESMEC SCD 19733

## Galería

| Medidas | Circunferencia de mano (mm) | Largo de mano (mm) |
|---|---|---|
| 7/Small | 240 | 85 |
| 8/Medium | 240 | 95 |
| 9/Large | 240 | 105 |



| | Filtracion Agua/aire | ph | Aminas Aromaticas y Policíclicas | Dimetilfumarato | Ftalatos | Cadmio/Estaño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN ISO 21420/EN ISO 374-1 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Método Ensayo | ISO 374-1 /2 | ISO 3071:2020 | ISO 474-1/2 | ISOTS 16181:2011 | ISO 474-1 | ASTM F2617-15 |
| | | EN ISO 374-1 | ISOTS14362 ISO TS16190 | | | ASTM F2617-15 |

