ventu

FICHA TÉCNICA

Reutter
Desde 1915

GUANTE LÁTEX DE EXAMINACIÓN LIGERAMENTE EMPOLVADO.

Guantes



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Nombre:	Guante látex de examinación ligeramente empolvado.
Marca:	Tresor.
Material:	Látex natural de alta calidad.
Color:	Blanco Natural.
Tallas:	XS / S / M / L.
Presentación:	Caja x 100 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Función:	Los guantes de látex son una excelente barrera física de protección personal contra sustancias no deseadas o peligrosas, son guantes ambidiestros, inodoros y muy flexibles. Son usados en procedimientos no estériles en área de salud, estética e industrial.		
Látex:	Sí.	**Estéril:**	No.
Polvo:	Sí, ligeramente empolvado.		
Componente del polvo:	Almidón de Maíz grado farma (USP).		
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 10° y 30° C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO								
Anatómico:	Si: x	No:	**Microtexturado:**	Si:	No: x	**Resistente:**	Si: x	No:
Suave:	Si: x	No:	**Flexible:**	Si: x	No:	**Elasticidad:**	Si: x	No:

- Guante anatómico, que disminuye la fatigabilidad en sus manos.
- Textura suave.
- Desde el año 2002 la American Society For Testing And Materials (ASTM) recomienda para guantes de procedimientos hasta 10mg/dm² de polvo en el guante. Reutter a través de Tresor trabaja con menos de 10mg/dm² mejorando el estándar de bioseguridad internacional. Referencia warning FDA, enero 2017.

PROPIEDADES FÍSICAS					
Cont. Humedad:	Bajo 0,8% x unidad.			**Elongación al quiebre (%):**	Min. 450%
Largo (mm):	Min. 230 mm.			**Resistencia a la tracción:**	Min. 12 (MPa).
Grosor mínimo (mm):	**Dedo**	**Palma**	**Puño**	**Proteína:**	Menos de 200 ug / dm².
	0,12	0,09	0,08	**Polvo:**	Menos de 10 mg / dm².

ESPECIFICACIONES PRODUCTO				
Talla	**Ancho**	**Largo**	**Espesor**	**Peso**
XS	70 mm +/- 10%	min 220 mm	min 0,07 mm	min 4,0 gr +/- 0,2
S	80 mm +/- 10%	min 220 mm	min 0,07 mm	min 4,5 gr +/- 0,2
M	95 mm +/- 10%	min 230 mm	min 0,07 mm	min 5,0 gr +/- 0,2
L	111 mm +/- 10%	min 230 mm	min 0,07 mm	min 5,5 gr +/- 0,2

Contáctenos:

mercadopublico@reutter.cl
Tel: (2) 24 89 7000

Importado por
REUTTER S.A.
www.reutter.cl

AV. El Salto 4447, Huechuraba
Santiago de Chile.

PROVEEDOR ChileCompra Express
Tienda virtual de Convenios Marco

TRESOR

Ficha Técnica **propiedad de Empresas Reutter**. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

ventu

FICHA TÉCNICA

Reutter Desde 1915

GUANTE LÁTEX DE EXAMINACIÓN LIGERAMENTE EMPOLVADO.

Guantes

CERTIFICACIONES

Este producto cumple con las siguientes normas y/o certificaciones:

- EC certificate 93/42/EEC.
- Gmp: certificado de buenas prácticas de manufactura.
- Inscripción instituto de salud pública (ISP): DM/454/17.

INFORMACIÓN CORPORATIVA

TALLA	CÓDIGO INTERNO EN LÍNEA	CÓDIGO CONVENIO MARCO EN LÍNEA
XS	ACGUENT0	1363504
S	ACGUESU1	1363495
M	ACGUESU2	1299705
L	ACGUESU3	1363503

Contáctenos:

mercadopublico@reutter.cl
Tel: (2) 24 89 7000

Importado por
REUTTER S.A.
www.reutter.cl

AV. El Salto 4447, Huechuraba
Santiago de Chile.

PROVEEDOR ChileCompra Express
Tienda virtual de Convenios Marco

TRESOR

Ficha Técnica **propiedad de Empresas Reutter**. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.