Catéter de Succión Abierto

Marca: Alveos · Fabricante: MAFF HEALTH LLC USA · Clasificación de Riesgo: II A · Certificaciones: FDA, ISO 13485

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">ESPECIFICACIONES</td></tr>
<tr><td>(TAMAÑO: Fr)</td><td>8FR</td><td>10FR</td><td>12FR</td><td>14FR</td></tr>
<tr><td>O.D</td><td>2,67±0,1 mm</td><td>3,33±0,1 mm</td><td>4,0±0,1 mm</td><td>4,67±0,1 mm</td></tr>
<tr><td>I.D</td><td>1,70 ±0,1 mm</td><td>2,10±0,1 mm</td><td>2,80±0,1 mm</td><td>3,20±0,1 mm</td></tr>
<tr><td>Longitud</td><td colspan="4">455mm±10mm</td></tr>
<tr><td>Largo</td><td colspan="4">Conector de cono de tapa:510mm±10mm</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Fuerza mínima para separar los componentes en forma segura</td><td colspan="2">Tamaño designado (OD mm)</td><td colspan="2">Fuerza mínima (N)</td></tr>
<tr><td colspan="2">1,33 a 2,67</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">De 3 a 4,67</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">>5</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>Vacío del catéter de succión</td><td colspan="4">No excederá de 0,33 kPa.</td></tr>
</table>

Descripción del Producto

Tubo hueco flexible que se introduce en un tubo, en un vaso o cavidad corporal para extraer líquidos.

Esterilidad

Óxido de Etileno

Vida Útil

5 Años

Advertencias

Dispositivo Médico de un solo uso. Si el producto se reutiliza puede resultar en reinfección o infección cruzada.

Modo de Uso

- Elija el catéter adecuado.
- Doble el extremo posterior del tubo para evitar aplastar las membranas mucosas del paciente y causar lesiones.
- Use fórceps hemostáticos estériles para insertar el extremo distal de la laringe.
- Suelte el extremo posterior del tubo y succione la flema.
- Cuando termine y apague la máquina de succión de presión negativa, saque el tubo y deseche el tubo de inmediato.

Almacenamiento

Se debe almacenar a una temperatura no superior a 30°C y a una Humedad Relativa no mayor a 90% en su empaque original.

Normas de Conformidad / Regulatorio

Estándares de Seguridad: EN ISO14971:2019; EN ISO13485:2016; EN 1733:1997; EN 1618:1997; EN 556-1:2001/AC:2006; EN ISO 15223-1:2016; EN 1041:2008; EN ISO 11135-1:2014; EN ISO 11137-1:2014; EN ISO 11138:2009; EN ISO 11607:2009; EN ISO10993:2018

Nota

Por favor leer el inserto o consultar con el especialista y/o ingeniero biomédico para la correcta utilización del dispositivo médico.

Especificaciones	
Ref	Color
40-0145	Verde
40-0146	Azul Claro
40-0147	Negro
40-0148	Blanco
40-0149	Verde Oscuro
40-0150	Naranja
40-0151	Rojo

Galería

